試験成績書

発行番号
発行日　2020年 9月 1日

様　No.

IIJIMA 飯島電子工業株式会社
〒443-0011　愛知県蒲郡市豊岡町石田1-1
TEL 0533-67-2827　FAX 0533-69-6814

下記製品は、弊社の試験・検査規定に従って検査が行われ、検査作業における試験の結果は、仕様を満たしていることを証明します。

承認者	検査者

見本

判定
合格

試験実施日	2020年 8月 3日
室温	27.2 ℃
湿度	59.2 %

	製品名	型式	製造番号
製品本体部	ＤＯメーター	B-506S	2310***
センサ部	酸素センサー（ワグニット）	WA-BRM	8300***

＜標準器＞

品名 / 型式	製造番号 / 弊社管理番号	メーカ名 / 校正機関	有効期限
デジタル温度計	01762015/912	株式会社テストー	2021年 3月31日
ｔｅｓｔｏ７３５－１	A1-014	株式会社テストー	
標準ガス　9.982%02	NST-9924	ｼﾞｬﾊﾟﾝﾌｧｲﾝﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ㈱	2021年 3月31日
窒素ベース　２種標準	GS-046	ｼﾞｬﾊﾟﾝﾌｧｲﾝﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ㈱	

＜試験結果＞

試験項目	試験条件／試験ガス	規格値	試験値	判定
温度試験	20.0℃	20.0±0.2℃	20.1℃	ＯＫ
直線性試験	中間点液※（20.1℃）	4.21±0.30mg/L	4.21mg/L	ＯＫ