試験成績書

発行番号
発行日　2020年 9月 1日

様　No.

IIJIMA 飯島電子工業株式会社
〒443-0011　愛知県蒲郡市豊岡町石田1-1
TEL 0533-67-2827　FAX 0533-69-6814

下記製品は、弊社の試験・検査規定に従って検査が行われ、検査作業における試験の結果は、仕様を満たしていることを証明します。

承認者	検査者

見本

判　定
合格

試験実施日	2020年 8月20日
室温	27.7 ℃
湿度	55.5 %

	製　品　名	型　式	製造番号
製品本体部	ＤＯメーター（標準5m）	ID-160T	2320***
センサ部	酸素センサー（ワグニット）	WA-TL	1100***

＜標準器＞

品　名 型　式	製造番号 弊社管理番号	メ　ー　カ　名 校　正　機　関	有効期限
デジタル温度計	01762015/912	株式会社テストー	2021年 3月31日
ｔｅｓｔｏ７３５－１	A1-014	株式会社テストー	
標準ガス　9.982%02	NST-9924	ｼﾞｬﾊﾟﾝﾌｧｲﾝﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ(株)	2021年 3月31日
窒素ベース　２種標準	GS-046	ｼﾞｬﾊﾟﾝﾌｧｲﾝﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ(株)	

＜試験結果＞

試　験　項　目	試験条件／試験ガス	規　格　値	試験値	判　定
温度試験	20.5℃	20.5±0.3℃	20.5℃	ＯＫ
直線性試験	中間点液※（20.5℃）	4.3±0.3mg/L	4.3mg/L	ＯＫ

※中間点液とは、10%02付近の標準ガスによる飽和水を示します。
（例：標準ガス濃度10.00%02、水温20℃での飽和値は約4.3mg/L）